La Gaceta No. 219, del 14-11-2001

N° 29939-S

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE SALUD**

En uso de las facultades que le confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 1°, 2°, 3°, 9° y 69 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973, “Ley General de Salud”; 2° inciso ch) de la Ley N° 5412 del 8 de noviembre de 1973, “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”.

Considerando:

1°—Que la Ley General de Salud contempla que la salud de la población, es un bien de interés público tutelado por el Estado.

2°—Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Salud, es competencia del Ministerio de Salud preocuparse porque los establecimientos en donde se prestan servicio de odontología reúnan óptimas condiciones para su funcionamiento. **Por tanto,**

DECRETAN:

Artículo 1°—Oficialícese para efectos de aplicación obligatoria en establecimientos públicos y privados “ Normas para la Habilitación de Establecimientos odontológicos, Tipo A, B1 y B2”.

Artículo 2°—El Ministerio de Salud velará por su correcta aplicación.

**NORMAS DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
ODONTOLÓGICOS TIPO A, B1 Y B2**

0. **Introducción.** La definición más clara de las funciones del Ministerio de Salud, como ente rector ha generado una serie de acciones que tienden a normalizar las condiciones de operación de todos los entes que en alguna medida prestan servicios de salud.

La proporción de atención odontológica del país, que se dan por eventos odontológicos y la creación del Decreto Ejecutivo N° 27569-S del 1° de febrero de 1999, justifica la creación

de la normativa que establezca los requisitos mínimos de operación para Habilitación cuyos establecimientos que los atienden deben cumplir.

1. **Objetivo y ámbito de aplicación.** Esta norma tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.

Las especificaciones establecidas en esta norma deben ser cumplidas por todos los establecimientos con servicios de odontología del país, con el fin de poder ser habilitados por el Ministerio de Salud.

2. **Definiciones generales.**

- **Centros radiológicos odontológicos:** establecimiento dedicado exclusivamente a la toma de Radiografías Buco-Dento-maxilo-cráneo-faciales y otras de diagnóstico, para el tratamiento odontológico.
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en cirugía buco-dento-cráneo-maxilo-facial:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento quirúrgico buco-dento-cráneo-maxilo-facial en tejidos duros y blandos e implantes dentales.
- **Consultorio de atención odontológica dedicado a la docencia:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a la enseñanza de la odontología y proporcionar tratamiento odontológico con fines de docencia.
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en endodoncia:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de endodoncia
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en implantología dental:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de implantología dental.
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en odontología general avanzada:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento en odontología general avanzada.

- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en odontopediatría:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento en niños y adolescentes.
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en ortodoncia:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de ortopedia funcional y ortodoncia
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en periodoncia:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de periodoncia e implantes.
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en prostodoncia:** establecimiento odontológico que dedica sus actividades proporcionar tratamiento de rehabilitación funcional y cosmética dental.
- **Consultorio, clínica, centro de atención odontológica transportable o fija:** establecimiento odontológico que se dedica a proporcionar tratamiento odontológico de índole general.
- **Consultorio de atención odontológica con especialidad en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial:** establecimiento odontológico que se dedica a proporcionar tratamiento en trastorno temporomandibular y dolor orofacial.
- **Clínico operativo:** área o espacio donde se ubica una unidad dental completa, cuyas dimensiones aumentan proporcionalmente si aumenta la cantidad de unidades adicionales.
- **Depósito dental:** establecimiento comercial que dedica sus actividades a la importación, almacenaje, venta y distribución de equipo, instrumentos, biomateriales de uso odontológicos y productos para el cuidado de la salud.
- **Establecimiento odontológico, clínica dental, consultorio dental, módulo, cubículo, centro de especialidades odontológicas, centro de estética dental, consultorio de atención odontológica con...:** Es un establecimiento que se dedica proporcionar servicios en promoción, educación y prevención en el área de la salud integral y brinda tratamiento odontológico clínico preventivo, interceptivo y de rehabilitación.

- **Estándar**, en un sentido genérico, un estándar puede decirse que es un estado de la calidad esperada, considerada por una autoridad o por consenso general como una base de comparación, un modelo probado que es usado como base para emitir un juicio.
- **Fábrica de productos para uso odontológico:** establecimiento que se dedica a la fabricación, producción y venta de productos de uso odontológico.
- **Laboratorios dentales:** establecimiento que dedica sus actividades exclusivamente a la Técnica Dental. Estas actividades deben ser solicitadas por un odontólogo nacional o extranjero.
- **Producto:** son bio-materiales, medicamentos, instrumentos, equipos y materiales para uso odontológico en el área profesional y técnica.
- **Sobre piso:** material de madera recubierta, metal o plástico que se utiliza para proteger el sistema de desagüe, eléctrico y aire comprimido.
- **Unidad dental transportable odontológica:** equipo que se utiliza para proporcionar tratamiento odontológico general o especializado y que por sus características puede ser transportado.

3. **Clasificación y designación.** En esta norma los estándares se dividen de acuerdo con el tipo de establecimiento para el cual se aplican; según grado de dificultad y complejidad de las prestaciones que se brindan.

Especificaciones para establecimientos que brindan atención a las personas: clínica dental, consultorio dental, módulo, cubículo, centro de especialidades odontológicas, centro de estética dental, consultorio de atención odontológica con..., centros de atención odontológica transportable o fija, centros de docencia superior, se incluye estándares para:

- **para recurso humano:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos, encontramos estándares para: recurso humano profesional y recurso humano técnico.
- **para planta física:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos, encontramos estándares para: espacio en el área clínico operativa, paredes,

pisos, salidas de emergencia, ventilación, privacidad usuario, ubicación del compresor, servicio sanitario, iluminación, suministro de agua, lavatorio, pila lavado instrumental, sistema eléctrico del compresor, sistema extinción de incendios, depósito de desechos unidad de succión, pila de limpieza.

- **Para equipo:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos, encontramos estándares para equipo mínimo: sillón dental escupidera, módulo dental, lámpara dental, compresor y autoclave.
 - **Especificaciones para centro radiológico:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares para: cumplimiento Recurso Humano, Planta Física y equipo de Toma de Radiografías.
 - **Especificaciones para laboratorios dentales:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares Recurso Humano, Planta Física y permisos importación de materiales.
 - **Especificaciones para depósito dental:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares de: Recurso Humano, Planta Física y Requisitos de importación de materiales y biomateriales dentales para uso profesional y técnico, establecidos por el Ministerio de Salud.
 - **Equipo transportable:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares para: requisitos para un equipo transportable incluido en el Apéndice A.
 - **Unidades móviles:** incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares para: requisitos de equipo y transporte de una unidad móvil incluidos en el Apéndice A.
4. Especificaciones para establecimientos odontológicos, clínica dental, consultorio dental, módulo, cubículo, centro de especialidades odontológicas, centro de

estética dental, consultorio de atención odontológica con, centros de atención odontológica transportable o fija, centros de docencia superior, se incluye estándares para:

4.1 Recurso humano:

4.1.1 El establecimiento debe estar a cargo de un (a)odontólogo(a) activo e incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

4.2 Planta física:

4.2.1 El espacio en el área clínico operativo para una unidad dental, debe permitir la movilización del personal y el usuario, las dimensiones mínimas debe ser 2.4 metros de alto x 2 metros de ancho x 4 metros de largo ó 2 metros x 3 metros. Debe quedar un 15% libre del espacio total, para cada unidad dental. En caso de establecimiento para docencia el espacio aumenta proporcionalmente con el aumento del personal.

4.2.2 Debe contar con entradas, salidas y pasillos amplios, con espacio de circulación establecido por las normas y leyes vinculantes en la materia

4.2.3 En las paredes del área clínico operativa del establecimiento se deben utilizar pinturas que se pueda asear fácilmente

4.2.4 Los pisos del área clínico operativa deben ser lisos y de fácil aseo y no deben tener alfombras.

4.2.5 El establecimiento debe tener salidas de emergencia por áreas o por densidad de usuarios debidamente demarcadas y deben permanecer libres de obstáculos.

4.2.6 La ventilación del área clínico operativo del establecimiento debe tener las siguientes condiciones: ventilación directa, a través de ventanas fáciles de abrir. También se puede contar con ventilación indirecta, a través de un sistema mecánica

4.2.7 La sala de espera de un establecimiento odontológico debe contar con la cantidad y calidad de asientos que permitan la comodidad del usuario.

- 4.2.8 Entre la sala de espera y el área clínico operativa debe existir privacidad para el usuario. En caso de centros de docencia superior y consultorios con dos o más unidades dentales, los módulos o cubículos deben garantizar la privacidad de los usuarios.
- 4.2.9 La zona de ubicación del compresor debe contar con ventilación directa para la circulación del aire garantizando la no contaminación sónica.
- 4.2.10 El servicio sanitario debe tener ventilación directa o mecánica, limpio y libre de humedad.
- 4.2.11 El establecimiento odontológico debe contar con iluminación preferiblemente natural, además iluminación artificial.
- 4.2.12 El establecimiento odontológico debe contar con suministro de agua, apta para el consumo humano. En caso de tener un tanque de captación o almacenamiento de agua, para abastecer a las unidades dentales, se debe presentar constancia de la autoridad competente de que el agua es apta para el consumo humano.
- 4.2.13 El establecimiento odontológico tiene que poseer un lavatorio en el área clínico operativo para el lavado de manos del personal.
- 4.2.14 El área de lavado de instrumentos tiene que contar con una pila de acero inoxidable o material no poroso exclusiva para esta actividad.
- 4.2.15 El sistema eléctrico del compresor, debe seguir las normas vigentes y debe cumplir con las especificaciones del Apéndice A.
- 4.2.16 El establecimiento odontológico debe contar con servicios sanitarios con lavatorio para los usuarios.
- 4.2.17 El establecimiento odontológico debe contar un área de lavado y almacenamiento de utensilios de limpieza.

4.3 **Equipo:**

- 4.3.1 El establecimiento debe contar con el siguiente equipo y cumplir con las especificaciones se incluyen en el apéndice A.
- Sillón Dental.
 - Módulo Dental.

- Escupidera.
- Lámpara Dental.
- Compresor.
- Autoclave.
- Equipo de Rayos X si lo tuviera.
- Extintor de incendios.

5. **Especificaciones para Centros Radiológicos odontológicos:**

5.1 **Recurso humano:**

5.1.1 El establecimiento debe estar a cargo de un(a) odontólogo (a) activo e incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

5.1.2 El establecimiento debe contar con técnico (s) en radiología, para la toma de radiografías.

5.2 **Planta física:**

5.2.1 El espacio en el área clínico operativo de un centro radiológico debe permitir la movilización del personal y el usuario. En caso de establecimiento para docencia el espacio aumenta proporcionalmente de acuerdo con la cantidad de personal.

5.2.2 Debe contar con entradas, salidas y pasillos amplios, con espacio de circulación establecido por las normas y leyes vigentes en la materia.

5.2.3 Las paredes del Centro Radiológico deben utilizar pintura que se puedan asear fácilmente.

5.2.4 Las paredes del Centro Radiológico deben estar limpias.

5.2.5 Los pisos del área operativa deben ser de fácil aseo.

5.2.6 El Centro Radiológico debe tener salidas de emergencia debidamente demarcadas y libres de obstáculos.

5.2.7 La ventilación del cuarto oscuro de un Centro Radiológico debe tener las siguientes condiciones: ventilación directa, a través de ventanas fáciles de abrir. También se puede contar con ventilación indirecta a través de un sistema mecánico.

- 5.2.8 La sala de espera de un Centro Radiológico odontológico debe contar con la cantidad y calidad de asientos que permitan la comodidad del usuario.
- 5.2.9 Entre la sala de espera y el área clínico operativa debe existir privacidad para el usuario. En caso de centros de docencia superior y consultorios con más de dos equipos para la toma de radiografías los módulos o cubículos de atención deben garantizar la privacidad de los usuarios.
- 5.2.10 El servicio sanitario debe ser ventilado, limpio y libre de humedad.
- 5.2.11 El Centro Radiológico odontológico debe poseer iluminación, que sea natural preferiblemente y contar con la iluminación artificial.
- 5.2.12 El Centro Radiológico odontológico, debe tener el suministro de agua apta para el consumo humano.
- 5.2.13 El Centro Radiológico odontológico debe poseer un lavatorio en el área clínico operativo para el lavado de manos del personal.
- 5.2.14 El área de lavado de instrumentos debe contar con una pila de acero inoxidable o material no poroso exclusiva para esta actividad.
- 5.2.15 El Centro Radiológico odontológico debe contar con servicio sanitario con lavatorio para los usuarios.
- 5.2.16 En el servicio sanitario debe haber jabón, toallas desechables y papel higiénico.
- 5.2.17 EL Centro Radiológico debe tener un extintor de incendios por área.

5.3 **Equipo:**

- 5.3.1 El equipo de toma de Radiografías debe cumplir con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos vigentes establecidas por el Ministerio de Salud.

5.3.2 Extintos de incendios por área o densidad de usuarios.

Especificaciones para Laboratorios dentales:

6.1 **Recurso Humano:**

6.1.1 El Laboratorio debe estar a cargo de un técnico dental graduado.

6.2 **Planta física:**

5.3.3 Debe contar con entradas y salidas amplias, con espacio de circulación establecido por las normas y leyes vinculantes en la materia.

5.3.4 Los pisos deben ser lisos de fácil aseo.

5.3.5 El Laboratorio dental debe tener salidas de emergencia debidamente demarcadas.

5.3.6 La ventilación del Laboratorio dental debe tener las siguientes condiciones: ventilación directa, a través de ventanas fáciles de abrir. Además de utilizar la ventilación directa, se puede contar con ventilación indirecta, a través del sistema mecánico.

5.3.7 El Laboratorio dental debe contar con servicio sanitario para el personal, con lavatorio.

5.3.8 El servicio sanitario debe ser ventilado, limpio y libre de humedad.

5.3.9 El Laboratorio dental debe tener el suministro de agua apta para el consumo humano.

5.3.10 El Laboratorio dental debe poseer iluminación, natural preferiblemente. Además, debe contar con iluminación artificial.

5.4 **Equipo:**

5.4.1 Todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.

5.4.2 Extintor de incendios por área o densidad de empleados.

7. **Especificaciones para los Depósitos dentales:**

7.1 **Recurso Humano:**

7.1.1 El Depósito dental debe contar con un profesional idóneo en odontología para asesorías.

7.2 **Planta física:**

7.2.1 Debe contar con entradas y salidas amplias, con espacio de circulación establecido por las normas y leyes vinculantes en la materia.

7.2.2 Los pisos deben ser lisos de fácil aseo.

7.2.3 El Depósito dental debe tener salidas de emergencia debidamente demarcadas.

7.2.4 La ventilación del Depósito dental debe tener las siguientes condiciones: ventilación directa, a través de ventanas fáciles de abrir, puede contar con ventilación indirecta, a través del sistema de circulación mecánico.

7.2.5 El Depósito dental debe contar con servicio sanitario con lavatorio, para los usuarios.

7.2.6 El servicio sanitario debe ser ventilado, limpio y libre de humedad.

7.2.7 El Depósito dental debe poseer iluminación que sea natural preferiblemente, además debe contar con iluminación artificial.

7.2.8 El Depósito dental debe tener el suministro de agua apta para el consumo humano.

7.3 **Requisitos:**

7.3.1 Todo biomaterial de uso en Odontología (tanto del área profesional y técnica), como los materiales de uso cosmético utilizados para el cuidado de la salud oral, deben de cumplir con los requisitos de almacenamiento, importación e inscripción establecidos por el Ministerio de Salud, de la Dirección de Registros y Controles.

7.3.2 El depósito debe contar con un extintor de incendio por área.

Apéndice A

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DENTAL.

UNIDAD DENTAL FIJA

Debe estar conformada al menos por las siguientes partes:

- 1- Unidad Fija del odontólogo
- 2- Unidad del Auxiliar Dental preferiblemente.
- 3- Sillón dental
- 4- Lámpara dental
- 5- Taburete Odontólogo
- 6- Taburete Auxiliar
- 7- Compresor
- 8- Autoclave, horno de calor seco.
- 9- Pieza de mano de alta velocidad.
- 10- Amalgamador eléctrico.

Equipo Adicional:

- 1- Lámpara de fotocurado
- 2- Escarificador
- 3- Equipo de RX
- 4- Equipo de Electrocirugía.

1. Unidad de trabajo del odontólogo contará con:

- 1.1 Mesa de instrumentos:
 - 1.1.1 Amplia
 - 1.1.2 Con bandeja para instrumentos
 - 1.1.3 Montada en un brazo articulado o un módulo rodable
 - 1.1.4 De fácil desinfección.
- 1.2 Negatoscopio.
- 1.3 Pieza de mano de alta velocidad
- 1.4 Pieza de mano de baja velocidad.
- 1.5 Jeringa triple, esterilizable en autoclave o en frío.

- 1.6 Escupidera:
 - De acero inoxidable o de material resistente
 - De fácil limpieza y preferiblemente desmontable.
 - 1.6.3 De una profundidad suficiente para evitar salpicaduras
 - Con chorro de agua continuo
 - Con filtro para desechos sólidos preferiblemente.

2. Unidad dental auxiliar (preferiblemente)

- 2.1 Incorporada al sillón dental
- 2.2 Con dispensador de agua
- 2.3 Jeringa triple, de fácil mantenimiento
- 2.4 Bomba de eyección de saliva:
 - 2.4.1 De baja potencia
 - 2.4.2 De alta potencia
 - 2.4.3 Debe incluirse el sistema de succión capaz de manejar ambos sistemas
 - 2.4.4 De succión de agua o sistema eléctrico.

3. Sillón dental

- 3.1 Anatómico
- 3.2 Con cabezal ajustable preferiblemente.
- 3.3 Diseñado para el trabajo a 4 manos
- 3.4 Manual, con sistema eléctrico o hidráulico.
- 3.5 Control para movimientos
 - 3.5.1 Sentado
 - 3.5.2 Acostado
 - 3.5.3 Posición antishock
- 3.6 Tapicería sin costuras preferiblemente o de material de fácil desinfección y limpieza.

4. Lámpara dental:

- 4.1 Bombilla de halógeno, preferiblemente
- 4.2 Iluminación de colores naturales.
- 4.3 Luz fría focalizada

- 4.4 Sin sombras
- 4.5 Con brazo articulado.

5. Taburete odontólogo

- 5.1.1 Respaldo de soporte lumbar
- 5.1.2 Altura ajustable
- 5.1.3 Con movimiento de reclinación preferiblemente
- 5.2 Material más resistente y de fácil limpieza.
- 5.3 Montada en rodines

6. Taburete auxiliar

- 6.1 Soporte de brazo con altura y posición ajustable. (Giro de 360°)
- 6.2 Material resistente y de fácil limpieza.
- 6.3 Altura ajustable
- 6.4 Montada en rodines
- 6.5 Con apoyo para pie

Compresor

De uso dental o Industrial, con producción de aire libre de aceite y agua.

Cabezote:

- Pistones con anillos de teflón o carbón
- Capacidad mínima de producir 60 lpm y 482 Kpa (70PSI) de aire libre
- Capaz de alcanzar presiones de no menos de 500 Kpa

Tanque:

- Capacidad no menor a los 28 litros
- Con manómetro indicador de la presión en el tanque
- Con purga automática o manual
- Con válvula de seguridad para sobrepresiones
- Con regulador de presión.
- Filtro automático de precipitado de agua a la salida del compresor
- Incluir los filtros de aire en la entrada del sistema
- Con filtro de aceite y agua.
- Aislado para ocultar ruido y ventilado

- Con conexión eléctrica específica y de acuerdo al fabricante.

8. Autoclave

- 8.1 Usar según indicación del fabricante
- 8.2 Revisión periódica mediante indicadores biológicos

9. Equipo de rayos X

- 9.1 Que cumpla con los requisitos específicos dados por el Departamento de Radiaciones Ionizantes.

UNIDAD DENTAL TRANSPORTABLE

Para ser usada por equipos de trabajo en diferentes lugares. Debe ser desarmable y de fácil transporte. Compuesta de las siguientes partes:

- 1- Unidad de trabajo
- 2- Taburete
- 3- Pieza de mano alta velocidad
- 4- Lámpara
- 5- Bomba de eyección de saliva
- 6- Compresor
- 7- Sillón dental
- 8- Autoclave o Horno de calor seco
- 9- Amalgamador Eléctrico

1. Módulo dental portátil

- 1.1 Con acoples rápidos
- 1.2 Jeringa Triple.
- 1.3 Con los accesorios para colocar estas piezas.
- 1.4 Control de pie
- 1.5 Válvula reguladora de flujo de agua
- 1.6 Depósito de agua.
- 1.7 Con llave selectora
- 1.8 Con filtros de agua y aire
- 1.9 Reguladores y manómetros necesarios.

I. TABURETE PARA ODONTÓLOGO Y AUXILIAR

Respaldo preferiblemente plegable o desmontable.

Forrado en vinil o material más resistente. }

Altura ajustable

Montado en rodines

Estructura metálica

II. LÁMPARA DENTAL

4.1 Luz fría y focalizada

4.2 Montada en un mástil o brazo movable

4.3 Contar con una extensión eléctrica de 6 mts mínimo

5. Bomba de eyección de saliva

5.1 Uno o dos frascos para el depósito de residuos

5.2 Manguera de recolección no menor de 1.50 mts de largo.

5.3 Control de regulación de presión

5.4 Filtros para su normal funcionamiento

5.5 Contar con una extensión eléctrica de 6 mts mínimo

6. Compresor

6.1 De uso dental o Industrial, con producción de aire libre de aceite y agua.

6.2 Válvula de seguridad

6.3 Interruptor automático de presión

6.4 Debe contar con los filtros ambientales necesarios.

6.5 Debe contar con llave de purga de condensado

6.7 Manguera de alta presión y acople rápido (10 mts mínimo)

6.8 Con dos ruedas (mínimo) y agarradera para transportarla

7. Sillón dental

7.1 Mecánico y de fácil manipulación

7.2 Plegable

7.3 Descansa pies

7.4 Respaldo graduable

7.5 Material resistente y de fácil limpieza

7.6 Estructura metálica

8. Autoclave

8.1 Usar según indicación del fabricante

8.2 Revisión periódica mediante indicadores biológicos

Los Centros Odontológicos que cuenten con equipos de rayos X, deben contar con el permiso de funcionamiento emitido por el Programa de Radiaciones Ionizantes, ante de proceder con la Habilitación.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil uno.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—El Ministerio de Salud, Dr. Rogelio Pardo Evans.—1 vez.—(Solicitud N° 3350).—C-81420.—(D29939-81268).